

高規格救急自動車の購入に係る条件付き一般競争入札の質疑回答について

	質問事項	回答
1	仕様書内提出書類について、一部電子媒体でしかお渡しできないものがありますので、ご了承下さい。	電子媒体での提出でも可とします。
2	仕様変更の項目について、内容の変更が発生する場合、特にメーカーオプション及び架装メーカーにて行う架装部分については、車両オーダー後は、変更が出来ませんので、ご了承下さい。	内容の変更が発生する場合は、都度協議するものとします。
3	装備品及び付属品「ア スペアタイヤ（オールシーズンタイヤ）」とありますが、救急車の車両総重量等の関係から、耐荷重に確証が持てません。申し訳ございませんが、標準タイヤ（ホイール付）にて対応致します。	仕様に沿うと考える品で適宜対応願います。
4	外装架装の項目「オ 車両外周の赤色帯」について、車両前面は法規の制限によって、反射帯や再帰性に富んだ反射材を使用できません。前面を通常赤帯（無反射）、車両両側面及び後方を再帰性に富んだ反射材の貼付けにて対応致します。	仕様に沿うと考える品で適宜対応願います。
5	外部架装の項目「カ 外部入力マグネット式コンセント」について、現行車両では、車両後方左側にしか設定出来ませんので、ご了承下さい。（排気管延長による熱害等の影響防止の為）	車両に応じた設定で適宜対応願います。
6	外部架装の項目「サ SDナビ・バックモニター」について、トヨタ製現行車両は、全周囲モニターの設定が可能となっております。全周囲モニターをご選択という事で宜しいでしょうか、ご指示をお願い致します。	バックモニターもしくは全周囲モニターを設置頂きたい。
7	傷病者室内架装「④酸素吸入装置」は、オキシバックOX-ⅢSを取付で宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。オキシバックOX-ⅢSを指定いたします。
8	濃度計付きオゾン発生装置（BT03）の取付位置はどの辺りを想定されていますでしょうか？トヨタ製車両一部改良の影響及び仕様書内容の優先順位によっては、ご希望の位置に取付が出来ない場合がございますので、ご指示をお願い致します。	取付位置について、傷病者室内であれば特に指定はございません。取付前に別途協議の上、決定いたしたい。
9	無線機の移設について、アナログ無線の搭載（移設）は無い、という事で宜しいでしょうか？デジタル無線用配線が標準装備となり、アナログ無線用配線及び点検口がオプションとなっております。	お見込みのとおりです。アナログ無線の搭載はございません。
10	別表6高規格救急自動車一式に補修塗料とありますが、スプレー缶としてメーカーからの供給がございません。タッチアップペイントにてご用意致します。また、個数は何個をご希望でしょうか？	個数については、1個でお願いいたします。
11	別表6高規格救急自動車一式に特装部予備電球とありますが、赤色灯及びLED灯を架装している箇所については、電球単体での販売がございませんのでご了承下さい。車両の灯火（車幅灯・後退灯・方向指示灯・主前照灯）については、予備電球をご用意致します。また、個数は何個をご希望でしょうか？	個数については、各1個でお願いいたします。
12	仕様書への記載はございませんが、重量税・自賠責保険料・リサイクル料金・登録諸費用については、別途請求の解釈で宜しいでしょうか？	お見込みのとおりです。